

SYD-261闭口闪点试验器(2008标准)

[详细信息...](#)

货号:	14102292	品牌:	电询
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>SYD-261闭口闪点试验器(2008标准)详细介绍</p> <ol style="list-style-type: none">1、本仪器的设计完全符合GB/T261-2008标准的要求。2、加热功率连续、无级可调，功率大小由电压表直观显示，温度控制方式先进、合理。3、结构设计小巧，不锈钢台面美观，清除油污方便。4、操作方便，测试结果准确，被多家计量检测单位选作闭口闪点的检测仪器。 <p>SYD-261闭口闪点试验器(2008标准)技术参数</p> <ol style="list-style-type: none">1、工作电源：AC 220V±10%，50Hz。2、加热装置：加热功率从0~600W连续可调。3、试样升温速率：1~12℃/分，可控可调。4、电动搅拌装置：(1)90~120转/分，适用于试验步骤A。 (2)250±10转/分，适用于试验步骤B。6、标准油杯：(1)内径：50.7~50.8毫米。 (2)深度：55.7~56.0毫米。 (3)试油容量刻线深度：33.9~34.3毫米。 (4)试油容量：约70毫升。7、引火装置：(1)引火源：煤气（或其它民用可燃气体，下同）。(2)引火器孔径：0.8毫米。8、温度计：棒式水银温度计，符合GB/T261-2008标准要求。 (1)温度范围-5~110℃，分度0.5℃。 (2)温度范围20~150℃，分度1.0℃。 (3)温度范围90~370℃，分度2℃。9、环境温度：≤35℃。10、相对湿度：≤85%。11、整机功耗：不大于650W。		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)